

Järgnev varustuse nimekiri on kohustuslik va nende lahtrite osas, kus varustus on nimetatud vabatahtlikuna. Varustuse paigutus on erakorralise meditsiini osakonna organiseerida ja reanimatsioonisaali varustus, mis peab asuma reanimatsioonisaalis. Reanimatsioonisaali varustus on nimetatud ühe reanimatsioonikoha suhtes.

Eluliste näitajate hetkeväärtuse määramine ja eluliste näitajate jälgimine

Multifunktsionaalne patsiendimonitor, millel on vähemalt allolevad omadused.

Mõõdetav väärtus	Kasutatav aparaat / tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsioon- saalis
Hingamissagedus	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus ja graafik	x
Südamelöögisagedus	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus	x
Perifeerne pulsisagedus ja kudede perfusiooni tase	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus ja graafik	x
Perifeerse vere hapnikusisaldus	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus	x
Kehatemperatuur nahaandurist	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus	x
Kehatemperatuur ninaneeluandurist	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus	x
Kehatemperatuur rektaalandurist	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus	x
Kaudne vererõhk	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus	x
Otsene vererõhk	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus ja graafik	x
Südame elektriline aktiivsus	Jälgimismonitor	Muudetav vähemalt kolme põhillülituse vahel.	x
Süsihappegaasi taseme jälgimine	Jälgimismonitor	Arvuline väärtus ja graafik	x

Objektiivne uurimine

Mõõdetav väärtus	Kasutatav aparaat / tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsioonis
Kopsu- ja südaveresoonkonnahelid	Stetoskoop		x
Lõppekspiratoorse voolukiiruse määraja	Kompaktne PEFmeeter	Vabatahtlik varustus.	
Kaudne vererõhk	Manomeetriga vererõhumansett		x
Kehatemperatuur nahalt	Kraadiklaas		
Kehatemperatuur kuulmekäigust	Infrapunatermomeeter		x
Kehatemperatuur rektumist	Kraadiklaas		x
Perifeerne pulsisagds	Kompaktne pulssoksümeeter	Enamasti kombineeritud ühte seadmesse.	x
Perifeerse vere hapnikusisaldus	Kompaktne pulssoksümeeter		

Hingamistee käsitlemine

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsioonis
Hea varustuse kättesaadavus	Hingamisteevahendite stend		x
Pea asendi stabiliseerimine	Geelpadi	Mitte ajada segi kaelalahasega	x
Hapniku manustamine	Hapnikuvoolikud		x
Rotameeter niisutusvõimalusega			x
Hapniku manustamine	Hapnikumask	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Hapniku manustamine	Reservuaariga hapnikumask	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Hapniku manustamine	Ninasond	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x

Hingamistee tagamine	Orofarüingealne vahend	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Hingamistee tagamine	Nasofarüingealne vahend	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Hingamise assisteerimine	Hingamiskott koos reservuaari ja PEEP klapiga	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Hingamise assisteerimine	Näomaskid	Mõeldud on hingamiskotiga ühilduvaid maske suurustega. Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Mitteendotrahheaalne hingamistee käsitus	Kõritoru koos täitesüstlaga või kõrimaskid	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Võõrkehade eemaldamine	Magilli tangid	Vähemalt 3 suurust	x
Juhitav hingamine	Mansetita intubatsioonitoru	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Juhitav hingamine	Mansetiga intubatsioonitoru	Suurused 4...9	x
Juhitav hingamine	Juhtevarras	Painutatav juhtevarras	x
Juhitav hingamine	Lubrikant		x
Juhitav higamine	Intubatsioonisond 15mm adapteriga	Eelistatud on ventilatsioonivõimalus ega sond.	x
Juhitav hingamine	Hingamisteevahendi fikseerimise pael		x
Hingamisteevahendi paigaldamine ja hingamistee vaatlemine.	Larüngoskoop koos keeltega	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Larüngoskoobi töö tagamine	Varupatareid		x
Hingamistee puhastamine	Aspiraatoriotsikud		x
Hingamistee puhastamine	Aspiratsioonisondid	Erinevad suurused	x

		kõikidele inimestele (sh lastele).	
Hingamistee puhastamine	Aspiraator	Ei sobi inimjõul töötav aspiraator.	x
Mitteinvasiivne ventilatsioon	Mitteinvasiivse ventilatsiooni maskid koos kinnitusrihmadega	Erinevad suurused kõikidele inimestele (sh lastele).	x
Juhitav hingamine	Hingamisaparaat ja/või narkoosiaparaat invasiivse ja mitteinvasiivse ventilatsiooni võimalusega ja kapnograafia võimalusega. Lisaks inhalatsioonifunktsioon.	Kapnograafia võimalusega	x
	Kommentaar narkoosi- ja/või hingamisaparaadi valikule. Reanimatsioonisaalis peab olema vähemalt hingamisaparaat, mis võimaldab kasutada kõiki hingamisrežiime. Teatud olukordades, mõeldes eelkõige elustamisele, on narkoosiaparaadil eelis, sest juhitava ja käsiventilatsiooni vahetamine on lihtne ja kiire. Teisalt on transpordi kontekstis eelis hingamisaparaadil, mis on kompaktsem.		
Juhitav hingamine	Mitteinvasiivse ventilatsioonisüsteem ilma hingamisaparaadita kasutamiseks	Vabatahtlik varustus	
Juhitav hingamine	Hingamisaparaadi voolikud		x
Juhitav hingamine	Inhalaator hingamisaparaadi kontuurile		x
Juhitav hingamine	Hingamiskontuurifiltrid		x
Juhitav hingamine	Mitteendotraheaalse intubatsioonivahend	Kõritoru või kõrimask	x
Raske hingamistee ja juhitud hingamine	Trahheostoomi komplekt	Vabatahtlik varustus.	
Raske hingamistee	Krikotoomia komplekt		x
Raske hingamistee	Videolarüngoskoop või intubatsiooniendoskoop		x
Raske hingamistee	Bronhoskoop	Vabatahtlik varustus.	

Raske hingamistee	Intubatsioonikõrimask	Vabatahtlik varustus.	
Raske hingamistee komplekt	Selgelt koondatud töövahendite komplekt hästinähtavas kohas.		

Kardiaalsed protseduurid

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Rütmihäirete lõpetamine	Defibrillaator, mille funktsioonideks on vähemalt: • AED • Monitooring • SEKV • Defibrilatsioon sh lastele sobivad energiakogused. • Kardistimulatsioon • Võimsus kuni 360J		x
Rütmihäire lõpetamine	Defibrillaatori intratorakaalsed labad	Peab olema, kui on torakotoomia komplekt.	
Südame rütmi registreerimine	Kardiograaf ekg elektroonilise edastusvõimalusega.	Vähemalt 12 lülitusega aparaat.	x
Bradükardia	Transvenoosne ajutine rütmur	Vabatahtlik varustus	
Bradükardia	Transkutaanne ajutine rütmur koos kleebitavate elektrodidega.		x
Perikardi efusioon	Perikardiotsenteesikomplekt	UH seadet ei loe komplekti hulka.	x
Südamevigastuste ja rindkerevigastused käsitlemine	Steriilne torakotoomia komplekt Soovituslik torakotoomiakomplekt: 1. kirurgiline pintsett (2tk); 2. kõrvetuspintsett; 3. veresoonepintsett 20cm; 4. veresoonepintsett 24cm; 5. veresoonepintsett 30cm; 6. Cooper' i käärid; 7. Metzenbaum' i preparatsioonikäärid; 8. Metzenbaum' i käärid;	Regionaalstaatuses haigla EMOs.	

	9. nõelahoidja 18cm; 10. nõelahoidja 20cm; 11. nõelahoidja 25cm; 12. nõelahoidja 26cm; 13. kõver kortang (2tk); 14. haaraja 24cm; 15. haarja 23cm; 16. Fjodorovi klemm 24cm; 17. veresulgur 14cm (2tk); 18. veresulgur 16cm (4tk); 19. veresulgur 21cm (2tk); 20. veresulgur 29cm (4tk); 21. veresooneklemm kaarega 21cm; 22. veresooneklemm 22cm; 23. veresooneklemm 22cm nürinurk; 24. veresooneklemm 28cm üks nurk; 25. Stanitsky veresooneklemm; 26. aordiklemm; 27. roidehammustaja 25cm; 28. suur roidelaiendaja 28cm; 29. kopsu spaatel 32cm; 30. abaluukonks 17cm; 31. Lanbergecki kahepoolne konks 21cm (2tk); 32. 200mL plastikneerukauss (2tk); 33. diatermia käepide ja nuga 6cm; 34. Gigli saag; 35. Gigli sae käepidemed (2tk).		
--	---	--	--

Veenitee rajamine, vereanalüüside võtmine, ravimite manustamine ja infusioonravi

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Vereanalüüsi saamine	Kapilaarverekatsutid / verekatsutid		x
Žgutt	Vereanalüüsižgutt		x
Vereanalüüsi saamine	Arterikanüül	Vähemalt 2 pikkust.	x
Vereanalüüsi saamine	Veenikanüül	24...18G	x

Infusioonravi	Infusioonisüsteem		x
Ravimite manustamine	Automaatsüstal		4 tükki laadimiskeskuse ga
Verepreparaatide manustamine	Filtriga infusioonisüsteem		x
Infusioonravi	Tsentraalveenikateetri asetamise komplekt	3 valendikuga tsentraalveenikomplekt.	x
Veenitee rajamine	Vena secio komplekt	Vabatahtlik komplekt	
Infusioonravi	Luunõelad	Laste ja täiskasvanute variant.	x
Hemodünaamika tagamine	Autotransfusioonikompl ekt	Vabatahtlik varustus	
Vereanalüüsi saamine	Verekatsutid	Eraldi nimetamata analüüdi saamise nn trasferdevice jmt vahendid	x
Doonorvere manustamine	Statiiv ja reaktiivid veregrupi määramiseks.	Nõue tuleneb vereseadusest.	x
Nakkustekitaja määramine	Bakteri- ja seenekultuuride külvid		x

Haavaravi, abstsesside avamine ja võõrkehade eemaldamine

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni- saalis
Haava sulgemine	Kleplint (strip)		
Haava sulgemine	Haavastapler	Vabatahtlik varustus	
Haava sulgemine	Haavaliim		
Žgutt	CAT	Eesmärk verejooksu peatamine.	2 tükki
Haava sulgemine	Õmbluskomplekt		x
	Õmbluskomplekti kuuluvad üldiselt nõelahoidja, käärid ja pintsetid.		
Haava sulgemine	Õmblusniit		

	- mitteresorbeeruv monofilamentne õmblusmaterjal niidile kinnitatud nõelaga (suurused 2/0; 3/0; 4/0; 5/0; 6/0) - resorbeeruv õmblusmaterjal niidile kinnitatud nõelaga (suurused 2/0; 3/0; 4/0)		
Võõrkeha purustamine	Väikesed nutritangid		
Võõrkeha eemaldamine	Näpitsad	Erinevad suurused	
Võõrkeha eemaldamine	Miniatuurne ketaslõikur		
Drenaaži tagamine	Haavadreenid	Lateks või muu materjal.	
Haava sidumine	Plaastrid ja side		x
Põletushaava sidumine	Põletussidemete valmiskomplektid		x
Verejooksu peatamine	Elektrokoagulatsiooniparaat ja koagulaator.	Peab olema, kui on olemas torakotoomiakomplekt. Teistel juhudel vabatahtlik.	
Verejooksu peatamine	Prokoaguleeriv sidumismaterjal		x

Gastrointestinaalsed protseduurid

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsioonis
Surve alandamine, ravimite ja toidu manustamine	Nasogastraalsond	Kõik suurused (sh lapsed)	x
Gastrostoomi vahetamine	Gastrostoom	Vabatahtlik varustus	
Verejooksu pidurdamine	Söögitoru balloontamponaadi vahendid.		x
Mürkide eemaldamine	Maoloputussond		
Pärasoole vaatlemine	Anoskoop (ühekordne)		

Luu- ja lihasvigastuste käsitlemine

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsioon i-saalis
Kaela fikseerimine	Kaelalahas	Laste ja täiskasvanute suurused.	x
Patsiendi tõstmine	Kühvleraam		x
Patsiendi tõstmine	Röntgentransparentne traumaalus		x
Patsiendi tõstmine	Libilaud		x
Lahastamine	Ajutised lahased enne püsilahase asetamist	1. Vaakumadrats; 2. Kaelalahased kõikidele vanustele; 3. Sõrmelahas 4. Küünarvarrelahas 5. Vaagnalahas 6. Pikk säärelahas 7. Lühike säärelahas	
Lahastamine	Vaakumadrats		x
Lahastamine	Vaagnafiksaator		x
Kehaosa transport	Amputeeritud kehaosa transpordikast		
Turse vähendamine	Külmaaplikaatorid		
Lahastamine	Puuvillane sukk		
Lahastamine	Kipsialusvatt		
Lahastamine	Kolmnurkrätikud		
Lahastamine	Collar n cuff	Vabatahtlik varustus.	
Lahastamine	Kipslahased		
Lahastamine	Klaasfiiberlahas	Vabatahtlik varustus.	
Koesisese rõhu mõõtmine	Koesisese rõhu manomeeter	Vabatahtlik varustus.	

Uroloogilised ja günekoloogilised protseduurid

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Uriini erituse tagamine	Põiekateeter	Laste ja täiskasvanute suurused.	x
Uriini erituse tagamine	Suprapubikaalne põiekateetrikomplekt (epitsüstostoomikomplekt)		x
Sünnituse abistamine	Sünnituskomplekt		x
Uurijate abistamine	Seksuaalrännakuohvrilt võetud asitõendite kogumiskastid.	Peab olema haiglas olemas, ei pea olema erak med osakonnas.	

Neuroloogilised protseduurid

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Liikvori analüüsi saamine	Liikvorinõel (spinaalpunktsiooninõel / komplekt)		x
Neuroloogiline läbivaatus	Neuroloogi haamer	Kui haamril ei ole teravat detaili, siis peavad juures olema ka torketikud.	x

Oftalmoloogilised protseduurid

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Silma vaatlus	Pilulamp		
Silma vaatlus	Pilulambi laud	Elektriliselt muudetava kõrgusega.	
Nägemisteravuse määramine	Visuse tabel või visuse monitor.		
Patsiendile asendi andmine	Muudetava kõrgusega patsienditool.		

Silmarõhu määramine	Silmarõhumõõtja		
Nägemisteravuse korrigeerimine	Prillikast		
Nägemisteravuse korrigeerimine	Prooviprilliraamid		
	Käämer	Eestmise ja tagumise segmendi digitaalne portatiivne käämer.	
Silma vaatlus	Volke luup 90D		
Silma vaatlus	Lainurklääts	Digital Wide Field või analoogne.	
Silma vaatlus	Gobioskoop	2 peeglit	
Silma vaatlus	PRP kontaktluup	16 kraadi.	
Silma vaatlus	Sondid		
Vigastuse käsitlemine	Niidid • Prolene 6/0 • Vicryl 7/0 • Vicryl 6/0 Instrumendid • Sõlmamispintsett (5 tk) • Klaaspulk (3 tk) • Koolibri (5 tk) • Lauhoidja (2 tk) • Sondeerimise komplekt • Plastikakäärid (2 tk) • Õmbluskomplekt (5 tk) ◦ Mikronõelahoidja ◦ Koolibri ◦ Limaskestakäärid • Konjuktiivikäärid (1 tk) • Metallkaunid (2 tk) • Jäme kirurgiline pintsett (2 tk) • Anatoomiline pintsett (2 tk) • Sarvkesta / limaskesta võõrkeha kraabits (2 tk)		
Pisaravoo uurimine	Schirmeri testi testribad		
Võõrkeha eemaldamine	1mL süstal nõelaga	Mõeldud on nn	

		insuliinisüstalt.	
Võõrkeha eemaldamine	18G 40mm süstlanõel		

Otorinolarüngoloogilised protseduurid

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsioonisalis
Patsiendile asendi andmine	Vaatlustool	Elektriliselt juhitud ja pikali asendit võimaldav.	
Vaatlus	KNK mikroskoop		
Vaatlus	Otoskoop		
Patsiendi uurimine	Endoskoobiga KNK töölaud		
Aspireerimine	Aspiraator		
Ravikäsitus	Instrumendid • kõrvapeegel • ninapeegel • kõripeegel • spaatel • KNK pintsetid • kõrvahaarajad • aspiraatori otsikud • kalaluupintsetid • õmblusniit 6/0 • skalpell • haavalaiendaja • lateksdreenid • ninatampoonid ballooniga (meeste ja naiste suurus) • kõrvatampoonid • šundid • loputussüstal • nina reponaator • elektrokoagulaator • põskkoopa loputussüstal • paratsenteesi nõel • KNK otsmikulamp		

Günekoloogilised ja sünnitusabi protseduurid

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Minimalistlik EMOsse sobiv sünnituskomplekt			
	Instrumendid: • Käärid (2 paari) • Klemmid (2 paari) • nabaklamber		
	Vastsündinu müts		
	Imavad linad		
	Termotekk vastsündinule		
	Termotekk emale		
Muu varustus			
Loote jälgimine	Kardiotokograaf, kui on olemas ämmaemanda ja günekoloogi valvering.		
Patsiendi uurimine	Günekoloogiline läbivaatustool Instrumendid: • Günekoloogilised peeglid (Sims ja Cusco) • Korntangid • Kuultangid • Aborttangid • Lühikesed pintsetid • Pikad pintsetid • Pehmed pintsetid • Pehmed klemmid • Pikad klemmid • Lühikesed klemmid		

Hüpo- ja hüpertermiaga seotud protseduurid

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Jahutamine	Külmakotid		
Soojendamine	Infusiooniliini küttesead		x
Soojendamine	Soojendusventilaator		x
Soojendamine	Soojendusventilaatori kattemadratsid		x

Soojendamine	Kõetav geelmadrats		x
--------------	--------------------	--	---

Mitmesugused protseduurid

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Pts seisundi uurimine	Mobiilne ultraheliseade	- Kardioloogiline andur - Konveksandur - Lineaarandur - Günekoloogiline andur	X (va günekoloogiline andur)
Vere glükoosisisalduse määramine	Käsiglükomeeter		x

Patsiendi transport ja jälgimine

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Patsiendi jälgimine ja transport	Patsiendi voodil on vähemalt järgmised omadused: - ratastel liigutamine; - samaaegselt rakenduv pidur kõigil ratastel; - muudetav kõrgus; - röntgenplaadi sahtel; - üles lukustatavad reelingud; - röntgenplaadi sahtel		x
Patsiendi jälgimine ja transport	Patsiendi voodil on vähemalt järgmised omadused: - ratastel liigutamine; - samaaegselt rakenduv pidur kõigil ratastel; - muudetav kõrgus; - üles lukustatavad reelingud; - Trendelenburgi asendi võimalus; - pts istuva asendi andmise võimalus.		
Günekoloogiline läbivaatus	Günekoloogiline tool		

Patsiendi jälgimine ja protseduurid	Protseduuri- ja jälgimistool vähemalt järgmiste omadustega: • samaaegselt rakenduv pidur kõigil ratastel; • muudetava kõrgusega; • muudetava kaldega seljatugi.		
-------------------------------------	---	--	--

Meditiiniline valgustus

Kasutamise eesmärk	Kasutatav aparaat/ tarvik	Märkused	Kohustuslik reanimatsiooni-saalis
Protseduuripiirkonna valgustamine	Reanimatsioonsaalis operatsioonivalgusti	Vastab EÜ nõuetele.	Kahe õlaga op lamp.
Protseduuripiirkonna valgustamine	Teistes ruumis vajaduspõhiselt protseduurivalgustid.	Vastab EÜ nõuetele.	